



T1 - Ponto de energia 2P+T, circuito independente, 220V com terra físico.

Estabilizador: Eletrônico, com transformador isolador, blindagem eletrostática, entrada 220V (15%) e saída 220V (3%), corrente nominal 38A (min).

OBS: Observar corrente máxima admissível para a aquisição do estabilizador (fator de potência), dimensionamento do circuito elétrico e quadro de força.

Cliente:
Pyramid Medical Systems - São Paulo - SP

Lay-Out sugestivo sala de mamografia (Lorad Affinity).

Pyramid Medical Systems
F: (11) 6335-2809

Data:
24-02-2006